AMINOGram
Bioimpedancia & Innovación

TOMA DE MEDICIÓN





Coloque el 1.er electrodo en la base de los dedos (pinza ROJA) y el 2.º en el pliegue de la muñeca, a 5 cm como mínimo.



Coloque el 1.er electrodo en la base de los dedos del pie (pinza ROJA) y el 2.º a 5, 6 o 7 cm según el tamaño del pie (pequeño, mediano, grande).



Conecte el cable al puerto « mano ». La pinza ROJA debe estar orientada hacia los dedos.



Conecte el cable al puerto « pie ». La pinza ROJA debe estar orientada hacia los dedos del pie.



Permanezca inmóvil hasta el final de la medición.

⚠ **Para obtener mediciones repetibles, coloque siempre los electrodos en el mismo lugar cada vez que mida a un mismo paciente.**